



AVANZATA GRIGLIATA PER SPALLIERA 80 cm. 112260 - 70 cm. 112261

ISTRUZIONI FISSAGGIO AVANZATA

Obbligo di fissare la spalliera alla parete prima di applicare l'avanzata.



AVANCÉE GRILLAGÉE POUR ESPALIER 80 cm. 112260 - 70 cm. 112261

INSTRUCTIONS POUR FIXER L'AVANCÉE

Obligation de sécuriser l'espalier à la paroi avant de fixer l'avancée



OVERHANG GRID FOR WALLBAR 80 cm. 112260 - 70 cm. 112261

INSTRUCTIONS FOR ATTACHING THE OVERHANG

Obligation to safely fix the wall bars to the wall before fitting the overhang.



**STRECKTHERAPIE DECKESCHLINGENGERÄT FÜR SPROSSENWAND
80 cm. 112260 - 70 cm. 112261**

ANLEITUNG ZUM BEFESTIGEN DES ÜBERHANGS

Sie sind verpflichtet die Sprossenwand an der Wand sicher zu befestigen bevor der Überhang montiert wird.



 L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA UN PROFESSIONISTA

 L'INSTALLATION DOIT ETRE FAITE QUE PAR UN PROFESSIONNEL

 ASSEMBLY BY PROFESSIONAL INSTALLER ONLY.

 MONTAGE DURCH FACHPERSONAL ERFORDERLICH





 Leggere le istruzioni e utilizzare il prodotto come indicato in base alla sua funzione.

 Lire les instructions et utiliser le produit conformément à sa fonction.

 Read the instructions and use the product as directed according to its function.

 Bitte lesen Sie die Anleitungen aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt nur seinem Zweck entsprechend.

Indice - Index - Index - Index




Istruzioni per l'assemblaggio - Notice d'assemblage
Instruction for the assembly - Montageanleitung p. 3



Targhetta di identificazione - Plaque d'identification
Identification label - Identifizierungsschild p. 8



Scheda tecnica - Fiche technique - Data sheet - Datenblatt p. 9


Classificazione ed uso - Classification et utilisation
Classification and use - Klassifikation und nutzung p.10

Dichiarazione di conformità - Declaration de conformité
Declaration of conformity - Konformitätserklärung p.12










B



TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE - PLAQUE D'IDENTIFICATION - IDENTIFICATION LABEL - IDENTIFIZIERUNGSSCHILD

**FERROX®**
FERROX s.r.l.
Via del Lavoro, 9 Z.I.
31013 Codognè (TV) - Italia
Tel. +39 0438 777099
Fax +39 0438 777091
www.ferrox.it - info@ferrox.it

MD MODEL
REF YYYY
SN XXXXXX
YY/MM/DD
-
=nnn Kg

MADE IN ITALY

UDI

(01)0805347043YYYY(11)YYMMDD(21)XXXXXX
Rev.02 del 03/20

CH | **REP**

Élite Med Group Sagl
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

Simbolo o Sigla	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
MD	Dispositivo Medico	Dispositif Médical	Medical Device	Dies ist ein Medizinprodukt
REF	Identificativo catalogo	Identifiant catalogue	Catalogue Number	Katalognummer
SN	Numero di serie	Numéro de série	Serial Number	Seriennummer
	Identificazione fabbricante	Identification du fabriquant	Manufacturers name	Names des Herstellers
	Data di fabbricazione	Date de fabrication	Date of manufacture	Herstellungsdatum
	Carico di lavoro in sicurezza	Charge de travail en sécurité	Safety work load	Sichere Arbeitslast
	Consultare le istruzioni per l'uso	Consulter le mode d'emploi	Read the manual	Anteilung lesen
CE	Marchio di conformità CE MDR 2017/745	Marque de conformité CE MDR 2017/745	CE mark MDR 2017/745	CE – Kennzeichen MDR 2017/745
UDI	Identificazione unica del dispositivo	Identification Unique des Dispositifs Médicaux	Unique Device identification	Einmalige Produktkennung
CH REP	Mandatario Svizzero	Mandataire Suisse	Swiss Representative	Schweizer Vertreter

SCHEDA TECNICA - FICHE TECHNIQUE - DATA SHEET - DATENBLATT



AVANZATA GRIGLIATA PER SPALLIERA 80 cm. 112260 - 70 cm. 112261

Dimensioni 112260: 80 X 80 X H85 cm **Dimensioni 112261:** 80 X 70 X H85 cm

Peso 112260: 10 kg **Peso 112261:** 9 kg

Conservazione: luogo asciutto, al buio, -20°+60°

Modalità di pulizia: generalmente si consiglia la pulizia del dispositivo dopo ogni utilizzo, eseguire ciclo di disinfezione periodicamente. Per la pulizia del dispositivo è necessario pulire le sue parti mediante un panno inumidito con acqua calda. Attenzione a non usare agenti che danneggino mediante abrasione o un'azione troppo aggressiva la superficie del dispositivo.

Temperatura d'utilizzo: 0° / +40°

Vita presunta: anni 10, è la stima del periodo in cui il dispositivo potrà essere utilizzato.

È obbligatorio l'uso di guanti monouso e calzature con suola in gomma pulita protette da copri calzatura.



AVANCÉE GRILLAGÉE POUR ESPALIER 80 cm. 112260 - 70 cm. 112261

Dimensions 112260: 80 X 80 X H85 cm **Dimensions 112261:** 80 X 70 X H85 cm

Poids 112260: 10 kg **Poids 112261:** 9 kg

Conservation: dans un lieu sec et à l'abri de la lumière, entre -20 °C et +60 °C

Nettoyage : il est généralement conseillé de nettoyer le dispositif après chaque utilisation et d'exécuter périodiquement un cycle de désinfection. Le dispositif doit être nettoyé au moyen d'un chiffon imbibé d'eau chaude. Veiller à ne pas utiliser de produits qui endommageraient la surface du dispositif en raison d'une abrasion ou d'une action trop agressive.

Température d'utilisation: 0 °C / +40 °C

Durée de vie prévue: 10 ans (estimation de la période pendant laquelle le dispositif pourra être utilisé).

Il est obligatoire pour l'utilisateur et le patient, d'utiliser des gants à usage unique et des chaussures avec une semelle en caoutchouc propre et protégées de couvre-chaussures.



OVERHANG GRID FOR WALLBAR 80 cm. 112260 - 70 cm. 112261

Dimensions 112260: 80 X 80 X H85 cm **Dimensions 112261:** 80 X 70 X H85 cm

Weight 112260: 10 kg **Weight 112261:** 9 kg

Storage: dry, dark place, -20°+60°

Cleaning: it is generally recommended to clean the device after each use and to carry out the disinfection cycle periodically. To clean the device, wipe its parts with a cloth moistened with warm water. Do not use any agents that could damage the surface of the device through abrasion or overly aggressive treatment.

Operating temperature: 0° / +40°

Expected lifetime: it is estimated that the device can be used for 10 years.

It is mandatory for the user and the patient to use disposable gloves and shoes with clean rubber soles with disposable overshoes



STRECKTHERAPIE DECKESCHLINGENGERÄT FÜR SPROSSENWAND 80 cm. 112260 - 70 cm. 112261

Abmessungen 112260: 80 X 80 X H85 cm **Abmessungen 112261:** 80 X 70 X H85 cm

Gewicht 112260: 10 kg **Gewicht 112261:** 9 kg

Lagerung: Trocken und dunkel, Temperatur -20° / +60°

Reinigung: Das Gerät sollte generell nach jedem Gebrauch gereinigt werden, und periodisch ist ein Desinfektionszyklus auszuführen. Zur Reinigung alle Teile mit einem mit warmem Wasser befeuchteten Tuch säubern. Beachte: Keine Substanzen verwenden, welche die Geräteoberfläche durch Abrieb oder eine zu aggressive Wirkung beschädigen können.

Betriebstemperatur: 0° / +40°

Erwartete Lebensdauer: Der Zeitraum, über den das Gerät verwendet werden kann, wird auf 10 Jahre geschätzt.

Der Anwender und Patient müssen Einweghandschuhe und Schuhe mit sauberen Gumminsohlen sowie Einweg Überschuhe tragen.



CLASSIFICAZIONE ED USO

AVANZATA GRIGLIATA PER SPALLIERA DA 80 cm. 112260

AVANZATA GRIGLIATA PER SPALLIERA DA 70 cm. 112261

Leggere le istruzioni e utilizzare il prodotto come indicato in base alla sua funzione.

Non usare il prodotto in modo diverso dalla sua destinazione d'uso.

USO PREVISTO

Avanzata grigliata per spalliera ove è possibile l'applicazione di piccoli accessori adatti alla realizzazione di sistemi di puleggio terapia elementari

TIPO DI PAZIENTE

Paziente con patologie traumatiche agli arti superiori ed inferiori, non significative, la cui degenza è prevista breve.

LUOGO DI USO

Ospedali, cliniche, poliambulatori con spazi ridotti.

OPERATORI ABILITATI ALL'USO

Tutti gli operatori sanitari, fisioterapisti e settori affini.
Tutti gli utilizzatori professionali.
Sono sufficienti le istruzioni fornite al paziente dall'operatore sanitario di riferimento.

CONTROINDICAZIONI

Non adatto ad un utilizzo diverso da quello al quale il dispositivo è destinato.

ALTRE INDICAZIONI

- Il fissaggio alla parete deve essere realizzato da un professionista.
- Non superare il carico di lavoro indicato.
- Verifica dell'usura degli accessori (corde e tutori).

Segnalare qualsiasi incidente grave che si dovesse verificare a causa del dispositivo. La segnalazione va fatta al fabbricante e all'Autorità competente.

A fine vita il prodotto va smaltito in conformità alle norme locali e conferito nei centri di raccolta specifici



CLASSIFICATION ET UTILISATION

AVANCÉE GRILLAGÉE POUR ESPALIER 80 cm. 112260

AVANCÉE GRILLAGÉE POUR ESPALIER 70 cm. 112261

Lire les instructions et utiliser le produit conformément à sa fonction.

Ne pas se servir du produit de manière contraire à son utilisation prévue.

UTILISATION PREVUE

Avancée grillagée pour espalier où il est possible d'appliquer de petits accessoires pour la réalisation de systèmes de poulies de thérapie simples.

TYPE DE PATIENT

Patients atteints de pathologies traumatiques légères des membres supérieurs et inférieurs et dont la durée de soins prévue est courte.

MILIEU D'UTILISATION

Hôpitaux, cliniques, centres médicaux à espace réduit.

PROFESSIONNELS HABILITES A L'UTILISATION

Tous les professionnels de santé, kinésithérapeutes et secteurs apparentés.
Tous les utilisateurs professionnels.
Les instructions transmises au patient par le professionnel de santé de référence suffisent.

CONTRE-INDICATIONS

Non adapté à une utilisation autre que celle pour laquelle le dispositif est conçu.

AUTRES INDICATIONS

- La fixation au mur doit être effectuée par un professionnel.
- Ne pas dépasser la charge de travail indiquée.
- Vérifier l'usure des accessoires (cordes et tuteurs).

Signaler tout incident grave survenant à cause du dispositif. Le signalement devra être effectué auprès du fabricant et de l'autorité compétente.

En fin de vie, le produit doit être éliminé conformément à la réglementation locale et déposé dans des centres de collecte spécifiques.



CLASSIFICATION AND USE

OVERHANG GRID FOR WALLBAR 80 cm. 112260

OVERHANG GRID FOR WALLBAR 70 cm. 112261

Read the instructions and use the product as directed according to its function.

Do not use the product in a way other than its intended purpose.

INTENDED USE

Overhang grid for wallbar where it is possible to apply small accessories suitable for the realization of simple traction systems

TYPE OF PATIENT

Patient with non-significant traumatic pathologies to the arms and legs, expected to recover quickly.

PLACE OF USE

Hospitals and clinics where space is limited.

OPERATORS QUALIFIED TO USE THE PRODUCT

All healthcare professionals, physiotherapists and similar
All professional users.

The instructions given to the patient by the reference healthcare professional suffice.

CONTRAINDICATIONS

Not suitable for use in a way other than the intended purpose.

OTHER INDICATIONS

- It must be fastened to the wall by a professional.
- Do not exceed the workload indicated
- Check accessories (ropes and braces) for wear

**Report all serious incidents that occur due to the device.
Report the incident to the manufacturer and the competent authority**

At the end of its life, the product must be disposed of in accordance with local regulations and taken to specific waste collection facilities.



KLASSIFIKATION UND NUTZUNG

STRECKTHERAPIE DECKESCHLINGENGERÄT FÜR SPROSSENWAND 80 cm. 112260

STRECKTHERAPIE DECKESCHLINGENGERÄT FÜR SPROSSENWAND 70 cm. 112261

Bitte lesen Sie die Anleitungen aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt nur seinem Zweck entsprechend.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen als den angegebenen Zwecken.

VORGESEHENE VERWENDUNG

Strecktherapie deckeschlingengerät für sprossenwand wo es möglich ist, kleines Zubehör zu verwenden, das für die Erstellung einfacher Flaschenzug-Therapiesysteme geeignet ist

ARTS DES PATIENTEN

Patient mit traumatischen Erkrankungen der oberen und unteren Gliedmaßen, die nicht signifikant sind und deren Behandlung voraussichtlich nur kurz sein wird.

VERWENDUNGSORT

Krankenhäuser und Kliniken mit begrenztem Platzangebot

ZUR VERWENDUNG BERECHTIGT

Alle Fachkräfte des Gesundheitswesens, Physiotherapeuten und verwandte Bereiche.
Alle professionellen Nutzer.
Die vom behandelnden Gesundheitspersonal an den Patienten erteilten Anweisungen sind ausreichend.

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht geeignet für eine andere Verwendung als die, für die das Gerät vorgesehen ist.

WEITERE HINWEISE

- Die Befestigung an der Wand muss von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Die angegebene Arbeitsbelastung nicht überschreiten.
- Prüfung auf Verschleiß des Zubehörs (Seile und Schutzabdeckungen)

Jeder schwere, durch das Gerät verursachte Unfall muss gemeldet werden. Die Meldung ist an den Hersteller sowie an die zuständige Behörde zu richten.

Am Ende seiner Lebensdauer ist das Produkt den örtlichen Vorschriften entsprechend zu entsorgen und spezifischen Sammelstellen zuzuführen.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

MDR 2017/745



Élite Med Group Sagl

Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

Fabbricante:

FERROX S.r.l.

Via del Lavoro, 9 Z. I. – 31013 Codogné (TV) - ITALIA

+39 0438 777099 – +39 0438 777091

C. F. - P. IVA - R. I. IT 03613220262



info@ferrox.it

SRN: IT-MF-000011243

Dichiara sotto la propria totale e completa responsabilità che i prodotti:

Nome	Codice	UDI-DI di Base:
AVANZATA GRIGLIATA PER SPALLIERA DA 80 CM.	112260	805347043GRIGLIAJY
AVANZATA GRIGLIATA PER SPALLIERA DA 70 CM.	112261	805347043GRIGLIAJY

soddisfa i requisiti generali di sicurezza e prestazione previsti dall'Allegato I e alle prescrizioni del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017.

Classificazione (Allegato VIII, MDR 2017/745) :

Classe I (Regola 1)

Procedura di valutazione della Conformità

Documentazione tecnica come da allegati II e III.

Data: 02/05/2025

Responsabile FERROX s.r.l.

Firma: _____



DECLARATION DE CONFORMITÉ UE
MDR 2017/745



Élite Med Group Sagi

Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

Le fabricant:

FERROX S.r.l.

Via del Lavoro, 9 Z. I. - 31013 Codogné (TV) - ITALIA

☎ +39 0438 777099 - 📠 +39 0438 777091

C. F. - P. IVA - R. I. IT 03613220262



info@ferrox.it

SRN: IT-MF-000011243

Déclare sous sa propre et complète responsabilité que les produits:

Dénomination	Code	UDI-DI Basic:
AVANCÉE GRILLAGÉE POUR ESPALIER 80 CM	112260	805347043GRIGLIAJY
AVANCÉE GRILLAGÉE POUR ESPALIER 70 CM	112261	805347043GRIGLIAJY

satisfont les requis essentiels applicables prévues à l'Annexe I, ainsi qu'aux prescriptions du
REGLAMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017.

Classification (Annexé VIII, MDR 2017/745) :

Classe I (Règle1)

Procédure d'évaluation de la Conformité

Documentation technique ainsi qu'il est reporté aux annexés II et III.

Date: 02/05/2025

Le responsable FERROX s.r.l.

Signature



DECLARATION OF CONFORMITY UE

MDR 2017/745



Élite Med Group Sagl

Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

Manufacturer:

FERROX S.r.l.

Via del Lavoro, 9 Z. I. - 31013 Codogné (TV) - ITALIA

☎ +39 0438 777099 - 📠 +39 0438 777091

C. F. - P. IVA - R. I. IT 03613220262



info@ferrox.it

SRN: IT-MF-000011243

Under its sole responsibility state that the products:

Name	Code	UDI-DI Basic:
OVERHANG GRID FOR WALLBAR 80 CM.	112260	805347043GRIGLIAJY
OVERHANG GRID FOR WALLBAR 70 CM.	112261	805347043GRIGLIAJY

meet all the applicable essential requirements, of Annex I, implemented by the (UE) REGULATION 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND COUNCIL on Apr 5 th 2017.

Classified (Annex VIII, MDR 2017/745):

Class I (Rule 1)

Procedure for the assessment of conformity:

Technical documentation as per annex II and III.

Date: 02/05/2025

Responsible FERROX s.r.l.

Signature: _____



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE MDR 2017/745



Device & Care Sagl – CHE456306571
Via Mulino 3, 6855 Stabio SWITZERLAND
TEL.: +41 762642520 – EMAIL: info@deviceandcare.com

Hersteller:

FERROX S.r.l.
Via del Lavoro, 9 Z. I. - 31013 Codogné (TV) - ITALIA
☎ +39 0438 777099 - 📠 +39 0438 777091
C. F. - P. IVA - R. I. IT 03613220262



info@ferrox.it

SRN: IT-MF-000011243

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Name	Code	UDI-DI Basic:
STRECKTHERAPIE DECKESCHLINGENGERÄT FÜR SPROSSENWAND	112260	805347043GRIGLIAJY
STRECKTHERAPIE DECKESCHLINGENGERÄT FÜR SPROSSENWAND	112261	805347043GRIGLIAJY

alle anwendbaren Grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen im Sinne von Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte erfüllen.

Klassifiziert (Anhang VIII, MDR 2017/745):

Klasse I (Regel 1)

Verfahren zur Bewertung der Konformität:

Technische Unterlagen gemäß Anhang II und III.

Datum: 02/05/2025

Verantwortlicher **FERROX s.r.l.**

Unterschrift: _____

FERROX[®]

Physiotherapy Quality Solutions



Management
System
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9000004946



Stabilimento e sede legale:
via del Lavoro Z.I.
31013 Codogné (TV) Italia
Tel. +39 0438 777099 - 778370
Fax +39 0438 777091
P.IVA: IT 03613220262

e-mail: info@ferrox.it
www.ferrox.it